



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44

e-mail: javne.mabavke@dzpalilula.org.rs

www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 3123

Датум: 10.04.2017.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 9, „Лабоарторијски материјал“

За јавну набавку добара Д 9, „Лабораторијски материјал“, дана 07.04.2017. године на адресу наручиоца су приспела следећа питања:

Питање 1: Да ли је уз понуђене епрувете за ставку 1, у оквиру партије 3, неопходно обезбедити на коришћење апарат за аутоматско одређивање седиментације са 100 места?

Одговор: Није неопходно обезбедити апарат за аутоматско одређивање седиментације са искључиво 100 места, већ је могуће да апарат буде капацитета 60-100 места. Број од око 500 узорака дневно у нашој лабораторији одрађује се на 6 пунктова, уз коришћење 2 поменута апарата и већег броја сталака, што омогућава правовремено одређивање брзине седиментације еритроцита.

Питање 2: Да ли понуђене вакум епрувете за коагулацију у оквиру ставке 4, партија 3, треба да имају „дупли зид“?

Одговор: Вакум епрувете, цитрат 3.2%, за коагулацију, могу, а не морају да имају „дупли зид“. Искуство у раду са великим бројем узорака и поређења употребом вакум епрувета са или без „дуплог зида“ или других технолошких решења за исте, нису показала аналитичка одступања.

Питање 3: Да ли је потребно да понуђени комплет за узорковање крви (игла-холдер-епрувета) буде од истог произвођача?

Одговор: Понуђени комплет за узорковање крви (игла-холдер-епрувета) може, а и не мора бити од истог произвођача, а мора бити компатибилан. У случају више произвођача потребно је доставити одговарајући документ о међусобној повезаности произвођача.

Начелник СЛД
Мр пх Валентина Мандић
спец.мед.биохемије