



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 е-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs

www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 5715

Датум: 19.07.2018.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 24, „Медицинска опрема“

За јавну набавку добара Д 24, „Медицинска опрема“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање:

Питање 1: Питање у вези Јавне набавке Д24, Медицинска опрема, Партија 1:

Да ли је прихватљиво понудити центрифуге брзине мах брзине 16000 рпм, која достиже брзину од 4400 обртаја/мин са понуђеним ротором ?

Тражена је центрифуга капацитета 32 епрувете, да ли је прихватљиво понудити центрифуге капацитета 30 епрувета ?

Одговор 1: Прихватљиво је да са одговарајућим (траженим) ротором постигне брзину од 4400 обртаја/мин, капацитет центрифуге може бити минимум 30 епрувета.

Питање 2: Питање у вези Јавне набавке Д24, Медицинска опрема, Партија 2:

Да ли је прихватљиво понудити микроскоп са одговарајућим ЛЕД осветљењем?

Одговор 2: Прихватљиво је, стим што јачина ЛЕД осветљења мора да одговара минимум траженим карактеристикама халогене сијалице.

У складу са одговором биће извршена измена конкурсне документације.

С поштовањем,
Одсек за јавне набавке и план