



## Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: [dzpalilula1@ptt.rs](mailto:dzpalilula1@ptt.rs) www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 2410

Датум: 17.03.2016.

### Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 6, „Лабораторијски материјал“

За јавну набавку добара Д 6, „Лабораторијски материјал“, на адресу наручиоца приспела су следећа питања:

**Питање 1:** Уколико се понуда подноси за једну партију, да ли се општа документација пакује у посебну коверту или заједно са понудом?

Одговор: У случају подношења једне понуде није важно да ли је понуда достављена уз општу документацију или посебно.

**Питање 2:** Да ли се уз понуду прилаже и средство финансијског обезбеђења, као гаранција понуде?

Одговор: Не, конкурсном документацијом није предвиђено средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

**Питање 3:** Да ли је за ставку 3., „Ланцете са сечивом, дубина убода 1,5-2,2“, у партији 4., „Микроепрувете и ланцете“, могуће понудити активирајуће убудне ланцете, ознаке 21G/2,2мм која су намењене за добијање „Medium Blood Volume“?

Одговор: Активирајуће убудне ланцете, ознаке 21G/2,2мм се могу понудити уколико су са сечивом и уколико наведена ознака „Medium Blood Volume“ обезбеђује добијање запремине крви од 500 до 800 микролитара.

**Питање 4:** Да ли је за ставку 8., „Холдери за вакум епрувете“, партије 3., „Вакум епрувете“, потребно понудити холдер за вакум епрувете са механизмом којим се употребљена игла по завршеној венепункцији аутоматски избацује/уклања из лежишта на холдеру и који је намењен за вишекратну примену?

Одговор: Потребно је да комплет за узорковање венске крви (холдер+вакум епрувета+игла за узимање крви) буду компатибилни. Према томе, није неопходно да холдер за вакум епрувете буде са механизмом за избацивање/уклањање игле.

Комисија за јавну набавку