



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 530

Датум: 20.01.2017.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 38, „Вакум епрувете“

Питање 1: Питање се односи на ставку бр. 4, да ли се може понудити еквивалент епрувети за одређивање параметара коагулације са „дуплим зидом“, а то су вакум епрувете које имају „задебљани зид“?

Одговор: Став наручиоца је да остаје при захтевима из конкурсне документације. Предмет јавне набавке и техничка спецификација, првенствено су дефинисани полазећи од објективних потреба наручиоца, а не од пословних и економских интереса понуђача и наручилац није дужан да исте прилагођава појединим понуђачима, а чињеница да поједини понуђач не може поднети понуду не значи да се тиме врши ограничавање конкуренције јер увек може поднети понуду са подизвођачем или заједничку понуду, сходно одредбама ЗЈН.

Према нашим сазнањима, увидом у базу АЛИМС, више понуђача може понудити добра захтевана техничком спецификацијом.

Питање 2: Питање се односи на то, да ли комплет за узорковање венске крви (игла-холдер-епрувета) мора бити од истог произвођача или могу и повезани произвођачи понудити своја добра и/или доказано компатибилне комплете за узорковање.

Одговор: Комплет за узорковање венске крви могу понудити и повезани произвођачи, само да комплет за узорковање крви, игла-холдер-епрувета, буду компатибилни.

С поштовањем,
Мр пх. Драгана Вучић,
спец. мед. биохемије