



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 2364

Датум: 07.04.2014.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 3, „Тимпанометар“

За јавну набавку добара Д 3, „Тимпанометар“, на адресу наручиоца прispела су следећа питања:

Питање 1: „Да ли се техничке карактеристике наведене у конкурсној документацији у Прилогу бр. 1 Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења г-гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара, а дате у табели у колони Опис представљају минималне захтеване карактеристике које уређај неизоставно мора да поседује? “

Питање 2: „Да ли уређај треба да поседује могућност мерења стапедијалног рефлекса 1Р81-латералне стимулације на фреквенцијама: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Н2?

И да ли уређај треба да поседује могућност мерења СОМТКЛ- латералне стимулације на фреквенцијама: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Н2?“

Одговор 1: Минималне захтеване карактеристике су: Тимпанометар са основним функцијама импедансметрија и стапедијални рефлекс са могућношћу прикључења на штампач преко рачунара.

Одговор 2:

- Није обавезна могућност мерења стапедијалног рефлекса 1Р81-латералне стимулације.
- Није потребна могућност мерења СОМТКЛ- латералне стимулације.

Комисија за јавну набавку