



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 560

Датум: 21.01.2016.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 56, „Траке за ЕКГ “

За јавну набавку добара Д 56, „Траке за ЕКГ “, на адресу наручиоца приспело је следеће питање:

Питање:

У конкурсној документацији, на страни 17, исписано је:

1. Траке за ЕКГ апарат НИХОН КОХДЕН 1350К, 210 мм.

Како је потребан узорак, молим да одговорите на следеће питање:

1. Које су тачне димензије папира? (ширина x дужина x број преклопа)

Одговор:

210 x 140 x 150 Nihon Kohden PA 9100Z

Комисија за јавну набавку