



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: [dzpalilula1@ptt.rs](mailto:dzpalilula1@ptt.rs) www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 1227

Датум: 26.02.2014.

## Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д , „Лабораторијски материјал“

За јавну набавку добара Д б, „Лабораторијски материјал“, дана 24.02.2014. године на адресу наручиоца су приспела следећа питања:

**Питања:** „Молимо Вас да у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дате додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку Д б, „Лабораторијски материјал“, за партију 3, „Вакум епрувете“:

- 1) Да ли се за ставку бр. 1, „Вакум епрувета, цитрат за седиментацију“, могу понудити епрувете чија је запремина 1,5 мл?
- 2) Ставка бр. 4 је дефинисана као „Вакум епрувета, цитрат 3,2%, за коагулацију“. Да ли се мисли на епрувете за коагулацију са дуплим зидом који спречава испаравање антикоагуланса и продор ваздуха у епрувету?
- 3) Да ли је за ставку бр. 11, „Холдер за вакум епрувете“, потребно понудити холдер за иглу са механизмом за аутоматско одбацивање (уклањање) игле?
- 4) Да ли је потребно да епрувете за узорковање крви, игле и холдер буду од истог произвођача због њихове компатибилности?

### Одговори:

1. Могуће понудити и епрувете чија је запремина 1,5 мл.
2. Да, мисли се на епрувете за коагулацију са дуплим зидом који спречава испаравање антикоагуланса и продор ваздуха у епрувету.
3. Да, потребно је понудити холдер за иглу са механизмом за аутоматско одбацивање (уклањање) игле.
4. Потребно је да понуђене епрувете за узорковање крви, игле и холдер буду међусобно компатибилни.

С поштовањем,  
Мр пх. Драгана Вучић,  
спец. мед. биохемије