



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44

е-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs

www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 5186

Датум: 16.06.2017

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 7, „Санитетски потрошни материјал“

За јавну набавку добара Д 7, „Санитетски потрошни материјал“, на адресу наручиоца приспела су следећа питања:

Питање 1 : Партија бр 63 – Топломер дигитални (50 комада), појашњење да ли се траже баждарени или небаждарени дигитални топломери?

Питање 2: На страни 2 конкурсне документације за партију 15 навели сте процењену вредност 620.035,20 динара.Из наведеног произилази да је тражена јединична процењена цена за артикал – газа 100мх80см 1.291,74 динара.Поменута цена одговара тренутним тендерским понудама на тржишту за једнострано уткану газу са свим техничким карактеристикама које сте навели на страни 14 конкурсне документације. Из наведених разлога предлагемо да извршите измену да газу 100мх80см буде са једнострано утканим рубом.

Одговор 1: Да, као што смо и тражили конкурсном документацијом , у додатним условима, топломери морају бити оверени, тј. баждарени од стране овлашћене институције.

Одговор 2: Истраживањем тржишта наручилац је дошао до закључка да постоје понуђачи који могу да за наведену цену испоруче газу са траженим карактеристикама, тако да остаје при првобитно траженим захтевима, да газу 100мх80см има обострано уткан руб.

Комисија за јавну набавку