



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 7430

Датум: 10.10.2014.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 41, Куповина: Медицинска опрема.

За јавну набавку добара Д 41, „Куповина: Медицинска опрема“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање, односно захтев за појашњење конкурсне документације:

Питање: „ - код додатних услова за учешће у поступку јавне набавке тражили сте овлашћење произвођача, да ли је потребан оригинал или је довољно доставити копију овлашћења?

- за партију 2. аудиомертар у техничким карактеристикама навели сте нови за испитивање ваздушне и коштане водљивости од 0,125 до 8 КHz са нивоом подизања фреквенце од 5 db. Обзиром да се коштана водљивост углавном испитује у интервалу од 0,5 до 4 КHz, да ли је прихватљиво да уређај мери коштану водљивост у интервалу од 0,250 до 8 КHz?“

Одговор:

Довољно је доставити копију овлашћења, као што је наведено на страни 8. у Конкурсној документацији „Понуђач доставља или копије тражених докумената или у Прилогу број 2. уписује адресу интернет странице надлежне институције где је одређени доказ јавно доступан.“

Прихватљиво је да уређај (Аудиомертар) мери коштану водљивост у интервалу од 0,250 до 8 КHz.

Комисија за јавну набавку