



## Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: [dzpalilula1@ptt.rs](mailto:dzpalilula1@ptt.rs) www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 7699

Датум: 20.10.2014.

### Одговор на питање понуђача

**Предмет:** Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 41, Куповина: Медицинска опрема.

За јавну набавку добара Д 41, „Куповина: Медицинска опрема“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање, односно захтев за појашњење конкурсне документације:

**Питање:** „У конкурсној документацији за Јавну набавку добара - Куповина: Медицинска опрема -, наведени су додатни услови за учешће у поступку јавне набавке. Молимо вас за додатно појашњење доле наведених додатних услова.

Додатни услов 2) Понуђач мора да поседује овлашћење од произвођача опреме за учешће у предметном поступку.

Доказ) Копија овлашћења произвођача опреме да понуђач може да учествује у предметном поступку и да ће у случају избора, моћи да изврши дистрибуцију предметног добра.

Питање: Да ли Наручилац сматра прихватљивим тражено овлашћење у виду општег Сертификата издатог од стране произвођача понуђене опреме где је наведено да понуђач има ауторизовано право дистрибуције комплетног програма произвођача, да има право учествовања на тендерима за продају, сервисирање, инсталацију и дистрибуцију потрошног материјала на територији Републике Србије за све тендере у 2014. години?“

**Одговор:**

Да, прихвата се.

**Питање:** Овим путем Вам упуцујемо питање везано за ЈН Д41, Куповина медицинске опреме, Партија 3- ЕКГ апарат (12-канални):

- Молимо Вас да нам објасните карактеристику за 12-канални ЕКГ апарат: "Додатни екстерни ЕКГх2 улаз и CRO излаз"

**Одговор:**

Могућност пријема аналогног сигнала са екстерних уређаја преко два порта и могућност слања аналогног сигнала (ЕКГ) ка екстерном уређају преко једног порта.

Комисија за јавну набавку