



Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

Кнез Данилова 16, Београд

Телефон: 322-43-21 до 29 Факс: 324-88-44 e-mail: dzpalilula1@ptt.rs www.dzpalilula.org.rs

Текући рачун: 840-628661-19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 7814

Датум: 23.10.2014.

Одговор на питање понуђача

Предмет: Одговор на питања понуђача за јавну набавку добара број Д 41, Куповина: Медицинска опрема.

За јавну набавку добара Д 41, „Куповина: Медицинска опрема“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање, односно захтев за појашњење конкурсне документације:

Питање: „Према конкурсној документацији за горе наведену јавну набавку у Прилогу 1 - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рока извршења, место испоруке добара за Партију 3, "ЕКГ апарат (12-канални)" дате су техничке карактеристике ЕКГ апарата.

Међутим, у наведеним карактеристикама није описан квалитет обраде самог ЕКГ сигнала.

Молимо Вас да нам дате ваше појашњење неколико најважнијих параметара које треба да задовољи понуђени ЕКГ апарат, а који се односе на квалитет обраде ЕКГ сигнала.

Наше питање 1: Колика треба да буде Улазна импеданса?

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Улазна импеданса нпр. 20MΩ или више?

Наше питање 2: Колика треба да буде Брзина аквизиције сигнала?

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Брзина аквизиције сигнала нпр. 8000 узорака/секунд или више?

Наше питање 3: Колика треба да буде Толеранција offset-а на електродама?

* Да ли је прихватљиво ако се понуди ЕКГ апарат код кога је Толеранција offset-а на електродама нпр. ±550 mV или више?“

Одговор:

Комисија за јавну набавку није довољно стручна да одговори на питања која се односе на овакве детаље и сматра да постоји довољно елемената да понуђачи могу да понуде квалитетан апарат у складу са траженим техничким карактеристикама који су наведени у конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку